

仕 様 書

1 品名

透過散乱型濁度計

2 規格・数量等

内訳

品名	規格等（同等条件）	数量	単位	参考品（メーカー名・品番等）	同等品
透過散乱型 濁度計 ①	・型式：TB810D ・変換器：FLXA402T 付き AC 電源、4-20mA 出力 ・レンジ：0-5 度 ・洗浄用パルス発生器：PG400 型 振動子、電源ケーブル(5m) 付	1	台	メーカー： 横河電機株式会社	不可
透過散乱型 濁度計 ②	・型式：TB810D ・変換器：FLXA402T 付き AC 電源、4-20mA 出力 ・低レンジ:0-50 度 高レンジ:0-500 度(レンジ切替あり) ・洗浄用パルス発生器：PG400 型 振動子、電源ケーブル(5m) 付	1	台	メーカー： 横河電機株式会社	不可
透過散乱型 濁度計 ③	・型式：TB810D ・変換器：FLXA402T 付き AC 電源、4-20mA 出力 ・レンジ：0-20 度 ・洗浄用パルス発生器：PG400 型 振動子、電源ケーブル(5m) 付	1	台	メーカー： 横河電機株式会社	不可

- 3 納入場所 ①〒720-0013 福山市千田町千田 340 福山市上下水道局 千田浄水場
 ②〒720-0013 福山市千田町千田 340 福山市上下水道局 千田浄水場
 ③〒720-0004 福山市御幸町中津原 158 福山市上下水道局 中津原浄水場

担当課 水づくり課

担当者 透過散乱型濁度計① 担当：川崎

透過散乱型濁度計② 担当：川崎

透過散乱型濁度計③ 担当：手邊（てべ）

電 話 084-955-1143

F A X 084-955-4999

4 納入方法 搬入・据付・調整(エレベーターなし)

※据付日時等については、事前に担当者と協議すること。

5 納入期限 2027 年（令和 9 年）3 月 31 日（水）