

仕 様 書

1. 品名
残留塩素測定器

2. 数量
110台

3. 品質・規格・その他

表示方式	デジタル表示
光源	L E D
測定方法	D P D 試薬による吸光光度法
測定範囲	測定範囲が 0.00 mg/L～5.00 mg/L (5.00 mg/L 以上の測定が可能であれば、なお可)
表示分解能	0.01mg/L
測定精度	±0.07mg/L (2.00 mg/L 時)
使用温度範囲	2℃～40℃ (上記範囲を超えて使用可能であれば、なお可)
付属品	・取扱説明書 ・収納ケース ・チェックプレートなど測定に必要なもの
その他	・水道法施行規則の規定に設けられている、遊離残留塩素及び結合 残留塩素の検査方法 「別表第 6 携帯型残留塩素計測定法」の条件 を満たしている残留塩素測定器であること。

※参考品：株式会社オーヤラックス Photometer CL-2 OYWT-32

※参考品以外で入札に参加する場合は、2026年（令和8年）10月15日（木）までに、同等承認申請書（様式2）及び仕様等が確認できるカタログ等（写し可）を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合、入札に参加できない。

担当者：教育委員会事務局 学校教育部学校保健課（福山市役所本庁舎13階） 菊川
電話（084）928－1113

4. 納期限
2026年（令和8年）12月4日（金）

5. 納入方法及び納入場所
次の場所に搬入し、納入すること。
〒720－8501 福山市東桜町3番5号
福山市教育委員会事務局 学校教育部学校保健課（市役所本庁舎13階）
電話（084）928－1113 FAX（084）928－1725