

仕 様 書

品 名	汎用電動式手術台		
納期等	当該機器は手術室に設置予定。 納入期限は2027年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目	名称	型式等	数量
1	汎用電動式手術台	ミズホ(株) 電動油圧手術台 MOT-VS600DJ	一式
2	構成		
	電動油圧手術台 本体	18-600-10 MOT-VS600DJ	(1)
	上肢台	08-065-54 Double Axis 上肢台Ⅱ(本体)	(2)
	上肢パッド	08-065-55 Double	(2)
	ユニバーサルスクエアクランプ	08-110-12	(2)
	カーボンエクステンションボード	08-070-54 100cmⅡ 本体	(1)
	ミズホオリジナルマットレスカーボンエクステンション	08-083-65 100cm用	(1)
	脚部リバーサルアダプター B	08-077-60	(1)
	ミズホオリジナルマットレス(脚部リバーサルアダプタ)	18-042-90	(1)
	タリスマンバンド A1	08-084-11	(2)
	タリスマンバンド A2	08-084-12	(4)
	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰痛 タイプA	18-042-22	(2)
	ミズホケアスパーゴールド		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること(設置に必要な部材等含む)。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		