

仕 様 書			
品 名	高周波手術装置		
納期等	当該機器は内視鏡室に設置予定。 納入期限は2027年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。		
項目		型式等	数量
1	高周波手術装置	① (株)アムコ VIO3/APC3(肝胆膵)	一式
		② (株)アムコ VIO3n FIRE/APC3(消化管)	一式
2	構成		
2-1	VIO3/APC3(肝胆膵)		一式
	VIO3 4ソケット GIモデル-DA	E125018	(1)
	アルゴンガス供給装置 APC3-DA	E125021	(1)
	プレッシャーレギュレータ APC2/APC3用	E120585	(1)
	アルゴンガスボンベ5L	0010103	(1)
	VIO3用 1ペダルフットリモード付きスイッチ	E123302	(1)
	VIO3用 2ペダルフットリモード付きスイッチ 仕切板付	E123303	(1)
	システムキャリアパフォーマンス	E121700	(1)
	ワイヤーバスケット	E120554	(1)
	システムキャリア用固定具	E121608	(1)
	システムキャリア用ケーブルホルダー	E121604	(1)
	システムキャリア用1ペダルフットスイッチマウント	E121605	(1)
	モノポーラケーブル Endoscopy用、3ピン、4.5m	E121386	(2)
2-2	VIO3n FIRE/APC3(消化管)		一式
	VIO3n Fire-TD	E128150	(1)
	APC3 VIO3n用-TD	E128160	(1)
	プレッシャーレギュレータ APC2/APC3用	E120585	(1)
	アルゴンガスボンベ5L	0010103	(1)
	VIO3用 1ペダルフットリモード付きスイッチ	E123302	(1)
	VIO3用 2ペダルフットリモード付きスイッチ 仕切板付	E123303	(1)
	システムキャリアパフォーマンス	E121700	(1)
	ワイヤーバスケット	E120554	(1)
	システムキャリア用固定具	E121608	(1)
	システムキャリア用ケーブルホルダー	E121604	(1)
	システムキャリア用1ペダルフットスイッチマウント	E121605	(1)
	モノポーラケーブル Endoscopy用、3ピン、4.5m	E121386	(2)
	EIP2イリゲーションポンプ ECB付	E120881	(1)
	EIP2 1ペダルフットスイッチ 3mケーブル付	E120881	(1)
	システムキャリアパフォーマンス用EIP2固定具	E121611	(1)
	EIP2用国産フットスイッチマウント	7370001	(1)
	足置き用ステップ 10mm	7370002	(1)
	EIP2チューブセット 軟性内視鏡用 滅菌済み	E120357 10個入り	(1)

項目		型式等	数量
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱については、現場の要望に応じ十分に説明すること。		
	・故障時は、速やかに対応できること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		