仕 様 書

品　名	大動脈内バルーンポンプ
納期等	当該機器は、心カテ室に搬入。 納入期限は2027年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。

項目	名称	型式等	数量
1	大動脈内バルーンポンプ	ゲティンゲグループ・ジャパン㈱　CARDIOSAVE	一式
2	構成		
	CARDIOSAVE　本体	D998-00-0800-65	(1)
	CARDIOSAVE用トレーナー	D998-00-0803	(1)
	心電図、動脈圧、外部入力用Xケーブル	LJP00265	(1)
	CABLE、EXT LOW LEVEL BP OUT、23'	D012-00-1589-05	(1)
	ヘリウムガス	LJP00287	(1)
	バッテリーパックリチウムイオン	D146-00-0097	(2)
	CARDIOSAVE アクセサリーキット	D020-00-0480-04	(1)
	CARDIOSAVE Li-Ion Single Btty Transport	D202-00-0206-01	(2)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		