仕様書

1　機器名

高周波手術装置（電気メス）

2　機器構成

（1）高周波手術装置本体　　1式

（2）アクセサリー類　　1式

(2)-1　ダブルバイポーラフットスイッチ　　1個
(2)-2　3ボタンハンドピース　　1本
(2)-3　IEC対極板　リユーザブル　　1枚
(2)-4　モノポーラ電極　有効長23mm　　1セット
(2)-5　ブレード電極　7cm　絶縁タイプ　　1箱
(2)-6　バイポーラケーブル　　1本
(2)-7　バイポーラ・フォーセップ　ストレートタイプ　　1本
(2)-8　バイポーラクランプ　16mm　　1本
(2)-9　バイポーラクランプ　接続コード　　1本
(2)-10　IECバイポーラ接続コネクター　　1本

（3）その他
各種機器取付、既存機器撤去を含む

（4）参考品
株式会社NEXUS-Arc
サージネクサス　RF-ANX１１０

3　納入条件等

（1）機器仕様
(1)-1　電気メス本体の構造・機能に関して次の要件を満たすこと
・タッチパネル機能があり、画面上で設定変更可能であること
・異常が発生した際に、画面もしくはそれ以外の部分で異常を知らせる機能を

有すること

(1)-２　アクセサリー類の構造・機能に関して次の要件を満たすこと

・CUT が黄色、COAG が青であること

・φ2.4 のモノポーラが接続可能なアダプターであること

(1)-3　その他必要機器の構造・機能に関して次の要件を満たすこと

・バイポーラが使用できること

・３ｍのケーブル長があること

※同等品も可。参考品以外で入札に参加する場合は、２０２６年（令和８年）１１月２６日（木）までに、同等承認申請書（様式２）及び仕様書が確認できるカタログ等を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。

担当者：福山市動物愛護センター　西田

電　話：０８４－９７０－１２０１

（２）納入等

(2)-1　納入場所：福山市動物愛護センター（福山市駅家町下山守 546 番地 14）

(2)-2　納入期限：2027 年 3 月 31 日（水）

(2)-3　機器の搬入、据え付け及び調整を行うこと

(2)-4　設置までに機器等の仕様変更があった場合は、最新の仕様で設置すること

(2)-5　作業にかかる費用及び配送にかかる費用一切は契約金額に含むこと

(2)-6　既存設備で不要となるものに関しては、必要に応じて撤去・搬出・廃棄を行うこと

(2)-7　受入試験は、当センター職員立会いのもとに行い、試験内容等の詳細は別途協議すること

(2)-8　機器の瑕疵については、無償でその対応を行うこと。また、動作障害などが発生じた場合は、早急に原因を究明し問題解決を図ること

（３）保守・メンテナンス

(3)-1　納品後 1 年間は修理等に伴う対応を無償対応で行うこと

(3)-2　修理等の問い合わせが可能な体制を確保し、かつ発生した故障の修理及び定期点検を実施できる体制が整っていること

(3)-3　本体ソフトウェアのバージョンアップが発生した場合は迅速に対応する体制が整っていること

（４）その他

本仕様書に明記されていない事項で問題が生じた時は、別途協議のうえ決定すること