仕 様 書

品　名	救急車用除細動器
納期等	当該機器は、臨床工学科に搬入。 納入期限は2027年3月31日。 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。

項目	名称	型式等	数量
1	救急車用除細動器	日本光電工業㈱　デフィブリレータ　EMS-1052	一式
		カルジオライフEMS	
2	構成		
	デフィブリレータ	EMS-1052	(1)
	ACアダプタ	SC-101V	(1)
	電源コードW	YZ-001A0	(1)
	リチウムイオンバッテリ	SB-121V	(2)
	バッテリチャージャ	SB-101V	(1)
	SDメモリカード	QM-002D	(1)
	ウォールマウント	KG-101V	(1)
	RQS110-2(10巻/箱)		(1)
	フィンガープローブ	TL-201T2	(1)
	成人用中継エアホース	YN-901P	(1)
	成人用カフ(小)	YP-712T	(1)
	成人用カフ(標準)	YP-713T	(1)
	成人用カフ(大)	YP-714T	(1)
	使い捨てパッド	P-721	(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入設置及び調整すること。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・病院の指定する既存機器を引き取ること。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。		
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		